

## Dados do pregão eletrônico

Número do processo	24/1.00075 - PE
Objeto	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DO SESC/BA
Prazo de entrega	CONFORME EDITAL

## Itens do pregão eletrônico

Item	1
Descrição	CONJUNTO CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONTENDO: EQUIPO ODONTOLÓGICO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR E MOCHO.
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Descrição detalhada	CONJUNTO CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONTENDO: EQUIPO ODONTOLÓGICO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR E MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA : COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA: BASE EM AÇO MACIÇO OU EM FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, SEM FIXAÇÃO AO PISO E COM DEBRUM DE BORRACHA ABAIXO DA BASE DA CADEIRA; ESTOFAMENTO AMPLO; ESTOFAMENTO ANATÔMICO, SEM COSTURA, DE ALTA DENSIDADE E ANTI-CHAMAS; ACIONAMENTO PELO PEDAL - COMANDO DE PÉ INCORPORADO: 1. PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. 2. ACIONAMENTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA INTENSIDADE. 3. VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. 4. SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO. 5. SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROME CÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO OU SISTEMA FUSO DE ELEVAÇÃO (ISENTO DE ÓLEO); APOIO DOS DOIS BRAÇOS FIXOS; ENCOSTO DA CABEÇA BIARTICULADO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V/220V (BIVOLTS); FREQUÊNCIA: 60HZ; COR: AZUL. EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO: COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR; BRAÇOS ARTICULÁVEIS, COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM PUXADORES; PEDAL COM COMANDO PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS; SUPORTE DAS PONTAS; TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL, ACOPLADO AO BRAÇO VERTICAL DO EQUIPO, FIXO À CADEIRA: COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: REFLETOR DE LÂMPADA HALÓGENA; ACIONAMENTO: NO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA; ESPELHO MULTIFACETADO; DUPLO PUXADOR LATERAL, ERGONÔMICO, EM FORMA DE ALÇA; CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE; PROTEÇÃO FRONTAL DO ESPELHO CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE; BRAÇO COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS); INTENSIDADE DE: 8.000 A 25.000 LUX; PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; AMBIDESTRO; UNIDADE AUXILIAR DE ÁGUA ACOPLADA À CADEIRA: COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: 1 SUCTOR DE SALIVA A AR; SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR; MANGUEIRAS COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO; CUBA: PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA PARA BACIA; ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBO E RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS; FILTRO DE DETRITOS: DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. MOCHO ODONTOLÓGICO: COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO IMPULSIONADO A GÁS; COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE ALAVANCA SUBLATERAL; BASE COM 05 RODÍZIOS; ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS; ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO

SEM COSTURA; ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE ALTURA; - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: IGUAL OU MAIOR QUE 135 KG. - COR: AZUL; - DEVE CONTER MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS. - CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA. - GARANTIA TOTAL DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, PARA CADEIRA, EQUIPAMENTOS ACOPLADOS E ACESSÓRIOS, ON SITE, POR 12 MESES (MÍNIMO) A CONTAR DO ACEITE DEFINITIVO.

Observação [OC 0369-05/2023 - 1]

Quantidade 2,0000                      Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0369-05/2023	OC 0369-05/2023-1	2,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 2

Descrição AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO

Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição detalhada AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE DE 19 A 22 LITROS, POTÊNCIA DE 1600 A 1800 W, COM CÂMARA EM INOX, MÍNIMO DE 03 BANDEJAS DE ALUMÍNIO, COM DIVERSOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM COM PORTA FECHADA, SISTEMA DE SEGURANÇA, ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO, INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO E SISTEMAS DE ALARMES E AVISOS DE MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO. BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. MARCAS REFERENCIAIS: CRISTÓFOLI, GNATUS, SCHUSTER, DABI ATLANTE, OU SIMILAR.

Observação [OC 0136-05/2023 - 1]

Quantidade 1,0000                      Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0136-05/2023	OC 0136-05/2023-1	1,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 3

Descrição CÂMARA ESCURA DE REVELAÇÃO RADIOGRÁFICA UTILIZADA EM RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição detalhada CÂMARA ESCURA DE REVELAÇÃO RADIOGRÁFICA UTILIZADA EM RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS: ANGULAGEM PARA ENTRADA DAS MÃOS, REMOÇÃO DAS LUVAS PARA ASSEPSIA, VISOR ACRÍLICO DESTACÁVEL, 4 RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO (ÁGUA, REMOVEDOR, FIXADOR E ÁGUA). SEM BORDAS RETENTIVAS. MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. FUNDO COM VENTOSAS. SEM DOBRADIÇAS. GARANTIA: 12 MESES. MARCAS: ESSENCE DENTAL VH, PROTÉCNI, BIOTRON, OU SIMILAR.

Observação [OC 0136-05/2023 - 2]

Quantidade 2,0000                      Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0136-05/2023	OC 0136-05/2023-2	2,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 4

Descrição CONJUNTO MICROMOTOR E CONTRA-ÂNGULO

Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição detalhada CONJUNTO MICROMOTOR E CONTRA-ÂNGULO. CONTRA-ÂNGULO COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: TRAVA DA PINÇA DO CONTRA ÂNGULO; MANGUEIRA DO SPRAY; DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE SPRAY EXTERNO;

ROTAÇÃO ENTRE 5.000 A 25.000 RPM; AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY. MICROMOTOR: COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: ACOPLAMENTO DO MICROMOTOR; PINO DESTRAVADOR DO MICROMOTOR ANEL; REGULADOR DA VELOCIDADE E SENTIDO DE ROTAÇÃO DO MICROMOTOR; ROTAÇÃO ENTRE 3.000 A 35.000 RPM; CONEXÃO COM OS EQUIPOS TIPO BORDEN (2 FUIROS); CONEXÃO COM AS PEÇAS DE MÃO TIPO INTRA (NORMA ISO 3964); BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO; PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 60 A 80 PSI. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APRESENTAR PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 06 MESES. MARCAS: DABI ATLANTE, GNATUS, OLSEN, SCHUSTER OU SIMILAR.

Observação [OC 0136-05/2023 - 3]

Quantidade 5,0000                      Unidade  
de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0136-05/2023	OC 0136-05/2023-3	5,00 UND	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 5

Descrição ESCOVÓDROMO PORTÁTIL

Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

Descrição  
detalhada

ESCOVÓDROMO PORTÁTIL COMPOSTO POR: • 06 ESPELHOS COM MOLDURA EM FORMA DE BOCA NA COR VERMELHA, CONTENDO EM SEU CENTRO UM ESPELHO RETANGULAR, A MOLDURA É COMPOSTA DE PVC EXPANDIDO RÍGIDO DE ESPUMA HOMOGÊNEA E CÉLULAS FECHADAS QUE IMPEDEM A PASSAGEM DE ÁGUA PARA ESCOVODROMO PORTÁTIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. • 06 PLACAS PERSONALIZADAS COM O LOGOTIPO DA INSTITUIÇÃO, MEDINDO 49,5X30 CM (5CM NAS DIMENSÕES, PARA MAIS OU PARA MENOS) PARA ESCOVODROMO PORTÁTIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. • 03 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA POTÁVEL DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA E ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA, POIS NÃO DEIXA ODORES. CAPACIDADE PARA 15 LITROS MEDINDO 35X26X26CM (5CM NAS DIMENSÕES, PARA MAIS OU PARA MENOS), COM TORNEIRA DE NYLON DE ENGENHARIA QUE RESISTE A FORTES IMPACTOS SEM DANIFICAR E POSSUI EM SEU INTERIOR ANÉIS O´RING DE BORRACHA NITRÍLICA. POSSUI ANÉIS DE VEDAÇÃO FLEXÍVEIS PARA ESCOVODROMO PORTÁTIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. • 03 RESERVATÓRIOS PARA ÁGUA UTILIZADA DE PVC DE ENGENHARIA DE MATÉRIA-PRIMA PURA E ATÓXICA, PRÓPRIAS PARA ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA, POIS NÃO DEIXA ODORES. CAPACIDADE PARA 15 LITROS MEDINDO 35X26X26CM (5CM NAS DIMENSÕES, PARA MAIS OU PARA MENOS). PARA ESCOVODROMO PORTÁTIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. • 06 PIAS DE POLIPROPILENO DE 34,5X26X20 CM (5CM NAS DIMENSÕES, PARA MAIS OU PARA MENOS). COM TUBO EXTENSIVO DE POLIPROPILENO, MATERIAL NÃO ADERENTE À GORDURA, PEÇA ÚNICA QUE EVITA A VAZAMENTOS. PARA ESCOVODROMO PORTÁTIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. • 06 SUPORTES METÁLICOS DE 1,72X60CM (5CM NAS DIMENSÕES, PARA MAIS OU PARA MENOS), COM PINTURA EM EPÓXI BRANCO. PARA ESCOVODROMO PORTÁTIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. • 03 SUPORTES METÁLICOS COM DUAS BASES CADA, COM 33X32X91 CM (5CM NAS DIMENSÕES, PARA MAIS OU PARA MENOS), E PINTURA EM EPÓXI BRANCO. PARA ESCOVODROMO PORTÁTIL. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.

Observação [OC 0136-05/2023 - 4]

Quantidade 4,0000                      Unidade  
de medida CONJUNTO

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0136-05/2023	OC 0136-05/2023-4	4,00 CJT	SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 6  
 Descrição NEGATOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS  
 Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  
 Descrição detalhada NEGATOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, ILUMINAÇÃO A LED, BIVOLT - 127V/220V, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 19X 37CM.  
 Observação [OC 0136-05/2023 - 5]  
 Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE  
 Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante  
 OC 0136-05/2023 OC 0136-05/2023-5 2,00 UND SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 7  
 Descrição TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO  
 Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  
 Descrição detalhada TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERAÇÃO MÍNIMA ATRAVÉS DE SPRAY TRIPLO; ROLAMENTO CERÂMICO; CORPO PEÇA DE MÃO; CONEXÃO ENGATE BORDEN: 01 ORIFÍCIO DE ENTRADA DE AR E 01 ORIFÍCIO DE ENTRADA DE ÁGUA; BORRACHA DE VEDAÇÃO CONEXÃO; AUTOCLAVÁVEL EM ATÉ 135° C; SISTEMA PUSH BUTTON PARA REMOÇÃO DE BROCAS E AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY; ROTAÇÃO MÁXIMA: VARIANDO ENTRE 300.000 A 450.000 RPM; PRESSÃO (PSI): ENTRE 30 A 40 PSI; CONSUMO DE AR DE 32 A 45L/MIN. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APRESENTAR PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 06 MESES. MARCAS: DABI ATLANTE, GNATUS, SAEVO, OLSEN, SCHUSTER OU SIMILAR.  
 Observação [OC 0136-05/2023 - 6]  
 Quantidade 5,0000 Unidade de medida UNIDADE  
 Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante  
 OC 0136-05/2023 OC 0136-05/2023-6 5,00 UND SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item 8  
 Descrição ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM BOMBA PERISTÁLTICA E JATO DE BICARBONATO.  
 Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  
 Descrição detalhada ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM BOMBA PERISTÁLTICA E JATO DE BICARBONATO. ESPECIFICAÇÃO: CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR, BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA, SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVÁVEIS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO E REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DO ULTRASSOM VARIANDO ENTRE 30 A 60 KHZ, VOLTAGEM: BIVOLT, PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: MIN. 60 PSI/ MAX. 80 PSI, POTÊNCIA: 40 A 60 VA. GARANTIA: 12 MESES. MARCAS: DABI- ATLANTE, SCHUSTER, GNATUS, OU SIMILAR.  
 Observação [OC 0136-05/2023 - 7]  
 Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE  
 Requisições Solicitação de compra Requisição Qtd. Empresa solicitante  
 OC 0136-05/2023 OC 0136-05/2023-7 2,00 UND SESC - SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Item	9			
Descrição	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL, 220 VOLTS.			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO, INTRAORAL, DE COLUNA MÓVEL COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL 220 V. ESPECIFICAÇÃO: CABEÇOTE DO RAIOS X, BRAÇOS ARTICULADOS VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE, CAIXA TIMER, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO, INTERRUPTOR GERAL, CONTROLE REMOTO, CABO DO CONTROLE REMOTO (ESPIRAL), CANO/ COLUNA BASE DE SUSTENTAÇÃO, RODÍZIO, PONTO FOCAL: INDICA A EXATA POSIÇÃO DO CENTRO EMISSOR DE RAIOS X, INDICADOR DE ANGULAÇÃO: INDICA O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE; COLIMADOR PRIMÁRIO; CILINDRO LOCALIZADOR: DE 200 MM A 300 MM; COLIMADOR SECUNDÁRIO PARA ELIMINAR A PENUMBRA NA RADIOGRAFIA, CERTIFICADO DE QUALIDADE, LAUDO DE ENSAIO - ATESTA QUE AS RADIAÇÕES DE FUGA DO APARELHO ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SVS 453; SELETOR DO REGULADOR DE TENSÃO; LED INDICADOR DE TENSÃO, VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM OPERAÇÃO EM 220 V . POTÊNCIA: 1,2 KVA, POTÊNCIA / CABEÇOTE (TUBO): 70 KVP, AMPERAGEM / CABEÇOTE (TUBO): 7 A 8 MA, FREQUÊNCIA: 50 / 60 HZ. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA: 12 MESES. MARCAS REFERENCIAIS: DABI ATLANTE, GNATUS, D700, OU SIMILAR.			
Observação	[OC 0209-12/2023 - 1]			
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra OC 0209-12/2023	Requisição OC 0209-12/2023-1	Qtd. 1,00 UND	Empresa solicitante SESC - BARREIRAS