

DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Número do processo	24/1.00117 - PE
Objeto	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DO SESC/BA, NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO
Prazo de entrega	CONFORME EDITAL

ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO

Item	1			
Descrição	CONJUNTO CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONTENDO: EQUIPO ODONTOLÓGICO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR E MOCHO.			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	<p>CONJUNTO CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONTENDO: EQUIPO ODONTOLÓGICO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR E MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA : COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: ARTICULAÇÃO CENTRAL ÚNICA: BASE EM AÇO MACIÇO OU EM FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, SEM FIXAÇÃO AO PISO E COM DEBRUM DE BORRACHA ABAIXO DA BASE DA CADEIRA; ESTOFAMENTO AMPLO; ESTOFAMENTO ANATÔMICO, SEM COSTURA, DE ALTA DENSIDADE E ANTI-CHAMAS; ACIONAMENTO PELO PEDAL - COMANDO DE PÉ INCORPORADO: 1. PROGRAMAÇÃO DE TRABALHO. 2. ACIONAMENTO DO REFLETOR COM AJUSTE DA INTENSIDADE. 3. VOLTA AUTOMÁTICA À POSIÇÃO ZERO. 4. SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO. 5. SUBIDA E DESCIDA DO ENCOSTO. SISTEMA DE ELEVAÇÃO: ELETROMECAÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO OU SISTEMA FUSO DE ELEVAÇÃO (ISENTO DE ÓLEO); APOIO DOS DOIS BRAÇOS FIXOS; ENCOSTO DA CABEÇA BIARTICULADO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V/220V (BIVOLTS); FREQUÊNCIA: 60HZ; COR: AZUL. EQUIPO ODONTOLÓGICO ACOPLADO: COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: SERINGA TRÍPLICE; 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO; 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR; BRAÇOS ARTICULÁVEIS, COM MOVIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, COM PUXADORES; PEDAL COM COMANDO PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS; SUPORTE DAS PONTAS; TAMPO DE INOX REMOVÍVEL. REFLETOR ODONTOLÓGICO MONOFOCAL, ACOPLADO AO BRAÇO VERTICAL DO EQUIPO, FIXO À CADEIRA: COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: REFLETOR DE LÂMPADA HALÓGENA; ACIONAMENTO: NO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA; ESPELHO MULTIFACETADO; DUPLO PUXADOR LATERAL, ERGONÔMICO, EM FORMA DE ALÇA; CABEÇOTE PRODUZIDO EM MATERIAL RESISTENTE; PROTEÇÃO FRONTAL DO ESPELHO CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E TRANSPARENTE; BRAÇO COM MOVIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL (CANTOS ARREDONDADOS); INTENSIDADE DE: 8.000 A 25.000 LUX; PINTURA NA COR GELO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; AMBIDESTRO; UNIDADE AUXILIAR DE ÁGUA ACOPLADA À CADEIRA: COMPOSIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO: 1 SUCTOR DE SALIVA A AR; SISTEMA PNEUMÁTICO PARA ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO SUCTOR; MANGUEIRAS COM FILTRO DE DETRITOS E ENGATE RÁPIDO; CUBA: PROFUNDA, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS; SISTEMA DE REGULAGEM DA VAZÃO DA ÁGUA PARA BACIA; ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM TUBO E RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS; FILTRO DE DETRITOS: DE FÁCIL ACESSO PARA LIMPEZA. MOCHO ODONTOLÓGICO: COM SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO IMPULSIONADO A GÁS; COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE ALAVANCA SUBLATERAL; BASE COM 05 RODÍZIOS; ACABAMENTO LISO COM CANTOS ARREDONDADOS; ESTOFAMENTO EM MATERIAL RÍGIDO E RESISTENTE, COM REVESTIMENTO SEM COSTURA; ENCOSTO ANATÔMICO COM AJUSTE DE ALTURA; - CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA: IGUAL OU MAIOR QUE 135 KG. - COR: AZUL; - DEVE CONTER MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS. - CERTIFICADO DE REGISTRO NA ANVISA. - GARANTIA TOTAL DE PEÇAS E MÃO DE OBRA, PARA CADEIRA, EQUIPAMENTOS ACOPLADOS E ACESSÓRIOS, ON SITE, POR 12 MESES (MÍNIMO) A CONTAR DO ACEITE DEFINITIVO.</p> <p>[OC 0637-05/2024 - 1] MUNICIPIOS DE ENTREGA: SALVADOR - 17 - (NAZARÉ - 9, ODONTOSESC I E II - 8) ALAGOINHAS - 2 BARREIRAS - 2 JACOBINA - 2 JEQUIÉ - 2 ILHÉUS - 1 PORTO SEGURO - 2 SANTO ANTÔNIO DE JESUS - 2 VITÓRIA DA CONQUISTA - 4 FEIRA DE SANTANA - 4 Total: 38</p>			
Quantidade	38,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-1	38,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	2			
Descrição	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRAORAL DE PAREDE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL, 127 VOLTS.			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	<p>APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRAORAL DE PAREDE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL 127V. ESPECIFICAÇÃO: POTÊNCIA 1,20 KVA, POTÊNCIA DO CABEÇOTE 70 KVP, AMPERAGEM DO CABEÇOTE DE 7 A 8 MA, REGULAGEM DE TEMPO POR MEIO DE TECLADO DE MEMBRANA COM VISUALIZAÇÃO EM LED, BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS, BRAÇOS ARTICULADOS VERTICAL/HORIZONTALMENTE, GERADOR DO ANODO: TUNGSTÊNIO, COMPATÍVEL COM A INSTALAÇÃO DE SENSOR DIGITAL, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA: 12 MESES. MARCAS REFERENCIAIS: DABI ATLANTE, GNATUS, D700, OU SIMILAR.</p> <p>[OC 0637-05/2024 - 2] MUNICIPIOS DE ENTREGA: SALVADOR - (ODONTOSESC I E II)</p>			
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-2	2,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	3			
Descrição	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED COM DISPLAY DIGITAL, BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO, TEMPO DE USO CONTÍNUO, SILENCIOSO, BIVOLT, AUTOMÁTICO 90/240V, PONTEIRA CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA ORIENTADA (SEM FUGA DE LUZ), AUTOCLAVÁVEL A 134° C, COM SISTEMA STAND BY, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 2 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO, POTÊNCIA DE 1200 A 1250 MW/CM².GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. MARCAS REFERENCIAIS: EMITTER C (SCHUSTER), DABI ATLANTE, GNATUS, OU SIMILAR.			
Observação	[OC 0637-05/2024 - 3] MUNICIPIOS DE ENTREGA: SALVADOR - 6 (NAZARÉ) SANTO ANTÔNIO DE JESUS - 2 JEQUIÉ - 2 VITÓRIA DA CONQUISTA - 1			
Quantidade	11,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-3	11,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	4			
Descrição	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE DE 19 A 22 LITROS, POTÊNCIA DE 1600 A 1800 W, COM CÂMARA EM INOX, MÍNIMO DE 03 BANDEJAS DE ALUMÍNIO, COM DIVERSOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM COM PORTA FECHADA, SISTEMA DE SEGURANÇA, ABASTECIMENTO AUTOMÁTICO, INDICAÇÃO DE FALTA DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO E SISTEMAS DE ALARMES E AVISOS DE MANUTENÇÃO E MONITORIZAÇÃO. BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. MARCAS REFERENCIAIS: CRISTÓFOLI, GNATUS, SCHUSTER, DABI ATLANTE, OU SIMILAR.			
Observação	[OC 0637-05/2024 - 4] MUNICIPIOS DE ENTREGA: SALVADOR - 8 (NAZARÉ 6, ODONTOSESC I E II 2) FEIRA DE SANTANA - 1 JEQUIÉ - 1			
Quantidade	10,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-4	10,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	5			
Descrição	ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM BOMBA PERISTÁLTICA E JATO DE BICARBONATO.			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO COM BOMBA PERISTÁLTICA E JATO DE BICARBONATO. ESPECIFICAÇÃO: CHAVE SELETORA DE POTÊNCIA, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE AR, BOMBA PERISTÁLTICA COM REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA, SISTEMA DE CAPAS AUTOCLAVÁVEIS, RESERVATÓRIO DE ÁGUA ACOPLADO E REMOVÍVEL TRANSLÚCIDO, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DO ULTRASSOM VARIANDO ENTRE 30 A 60 KHZ, VOLTAGEM: BIVOLT, PRESSÃO DE ENTRADA DE AR: MIN. 60 PSI/ MAX. 80 PSI, POTÊNCIA: 40 A 60 VA. GARANTIA: 12 MESES. MARCAS: DABI- ATLANTE, SCHUSTER, GNATUS, OU SIMILAR.			
Observação	[OC 0637-05/2024 - 5] MUNICIPIOS DE ENTREGA: SALVADOR - 13 - (NAZARÉ - 9, ODONTOSESC I E II - 4) SANTO ANTÔNIO DE JESUS - 2 VITÓRIA DA CONQUISTA - 3 FEIRA DE SANTANA - 1			
Quantidade	19,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-5	19,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	6			
Descrição	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO COM CAPACIDADE DE 150L			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, COM CAPACIDADE DE 150L, CONTENDO: -CABO ELÉTRICO COM PLUG -MANÔMETRO -VÁLVULA DE RETENÇÃO -PRESSOSTATO -VÁLVULA DE SEGURANÇA -VIBRALESS -DRENO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -TENSÃO 110V -DESLOCAMENTO TEÓRICO 850L/MIN -30PCM -PRESSÃO MÁXIMA: 12PSI - 8,3BAR -TEMPO DE ENCAMINHAMENTO: 2',14" -Nº DE CILÍNDROS: 3X2 -Nº DE ESTÁGIOS: 1 -RPM DO BLOCO: 1740 -MOTOR ELÉTRICO: 3X2HP - 4P -GARANTIA DE 12 MESES - MARCA CHIAPERINE OU SIMILAR.			
Observação	[OC 0637-05/2024 - 6] MUNICIPIOS DE ENTREGA: SALVADOR (ODONTOSESC I E II)			
Quantidade	2,0000	Unidade de medida	UNIDADE	

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante

OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-6	2,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO
-----------------	-------------------	-----------	-------------------------

Item	7			
Descrição	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM RESERVATÓRIO DE 65L, VOLTAGEM 220V.			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM RESERVATÓRIO DE 65L E PINTURA INTERNA ANTIOXIDANTE, ISENTO DE ÓLEO OU EMISSÃO DE FUMAÇAS, VAPORES OU ODORES DESAGRADÁVEIS. POSSUIR PRESSOSTATO, DOIS MANÔMETROS, FILTRO DA ENTRADA DE AR, REGULADOR DE PRESSÃO NA SAÍDA COM FILTRO DE AR E DRENO PARA ÁGUA. CONTER O SISTEMA DE SEGURANÇA COM VÁLVULA PARA LIBERAÇÃO DA PRESSÃO. POTÊNCIA DO MOTOR: 2HP. NÚMERO DE PISTÕES (CABEÇOTES): 2 PISTÕES. DESLOCAMENTO TEÓRICO MÍNIMO DE 283 L/MIN - 10 PCM. PRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR. FREQUÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR: 60 HZ. VOLTAGEM: 220V~ ±10%. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. FORNECER JUNTO COM O EQUIPAMENTO OS CATÁLOGOS: TÉCNICO / OPERAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. (AQUISIÇÃO / FORNECIMENTO SEM INSTALAÇÃO).			
Observação	[OC 0637-05/2024 - 7] MUNICIPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS BARREIRAS JACOBINA JEQUIÉ - ILHÉUS - PORTO SEGURO SANTO ANTÔNIO DE JESUS VITÓRIA DA CONQUISTA - FEIRA DE SANTANA			
Quantidade	9,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-7	9,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	8			
Descrição	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL, 220 VOLTS.			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO, INTRAORAL, DE COLUNA MÓVEL COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL 220 V. ESPECIFICAÇÃO: CABEÇOTE DO RAIOS X, BRAÇOS ARTICULADOS VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE, CAIXA TIMER, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO, INTERRUPTOR GERAL, CONTROLE REMOTO, CABO DO CONTROLE REMOTO (ESPIRAL),CANO/ COLUNA BASE DE SUSTENTAÇÃO, RODÍZIO, PONTO FOCAL: INDICA A EXATA POSIÇÃO DO CENTRO EMISSOR DE RAIOS X, INDICADOR DE ANGULAÇÃO: INDICA O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE; COLIMADOR PRIMÁRIO; CILINDRO LOCALIZADOR: DE 200 MM A 300 MM; COLIMADOR SECUNDÁRIO PARA ELIMINAR A PENUMBRA NA RADIOGRAFIA, CERTIFICADO DE QUALIDADE, LAUDO DE ENSAIO - ATESTA QUE AS RADIAÇÕES DE FUGA DO APARELHO ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SVS 453; SELETOR DO REGULADOR DE TENSÃO; LED INDICADOR DE TENSÃO, VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM OPERAÇÃO EM 220 V . POTÊNCIA: 1,2 KVA, POTÊNCIA / CABEÇOTE (TUBO): 70 KVP, AMPERAGEM / CABEÇOTE (TUBO): 7 A 8 MA, FREQUÊNCIA: 50 / 60 HZ. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA: 12 MESES. MARCAS REFERENCIAIS: DABI ATLANTE, GNATUS, D700, OU SIMILAR.			
Observação	[OC 0637-05/2024 - 8] MUNICIPIOS DE ENTREGA: ALAGOINHAS BARREIRAS JACOBINA JEQUIÉ - ILHÉUS - PORTO SEGURO SANTO ANTÔNIO DE JESUS VITÓRIA DA CONQUISTA - FEIRA DE SANTANA			
Quantidade	9,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-8	9,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item	9			
Descrição	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO DE COLUNA MÓVEL COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL, 127 VOLTS.			
Categoria	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS			
Descrição detalhada	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO, INTRAORAL, DE COLUNA MÓVEL COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL 127 V. ESPECIFICAÇÃO: CABEÇOTE DO RAIOS X, BRAÇOS ARTICULADOS VERTICALMENTE E HORIZONTALMENTE, CAIXA TIMER, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO, INTERRUPTOR GERAL, CONTROLE REMOTO, CABO DO CONTROLE REMOTO (ESPIRAL),CANO/ COLUNA BASE DE SUSTENTAÇÃO, RODÍZIO, PONTO FOCAL: INDICA A EXATA POSIÇÃO DO CENTRO EMISSOR DE RAIOS X, INDICADOR DE ANGULAÇÃO: INDICA O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO CABEÇOTE; COLIMADOR PRIMÁRIO; CILINDRO LOCALIZADOR: DE 200 MM A 300 MM; COLIMADOR SECUNDÁRIO PARA ELIMINAR A PENUMBRA NA RADIOGRAFIA, CERTIFICADO DE QUALIDADE, LAUDO DE ENSAIO - ATESTA QUE AS RADIAÇÕES DE FUGA DO APARELHO ESTÃO DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA PORTARIA SVS 453; SELETOR DO REGULADOR DE TENSÃO; LED INDICADOR DE TENSÃO, VOLTAGEM: COMPATÍVEL COM OPERAÇÃO EM 127 V . POTÊNCIA: 1,2 KVA, POTÊNCIA / CABEÇOTE (TUBO): 70 KVP, AMPERAGEM / CABEÇOTE (TUBO): 7 A 8 MA, FREQUÊNCIA: 50 / 60 HZ. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA: 12 MESES. MARCAS REFERENCIAIS: DABI ATLANTE, GNATUS, D700, OU SIMILAR.			
Observação	[OC 0637-05/2024 - 9] MUNICIPIOS DE ENTREGA: SALVADOR (Nazaré)			
Quantidade	1,0000	Unidade de medida	UNIDADE	
Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante

OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-9	1,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO
-----------------	-------------------	-----------	-------------------------

Item 10
 Descrição DESTILADORA DE ÁGUA 127V.
 Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
 Descrição detalhada DESTILADORA DE ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA DE 3,8 A 4 LITROS, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM DE 3,5 A 4 LITROS, PRODUÇÃO: 600ML - 1200ML / HORA, VOLTAGEM: 127V, FREQUÊNCIA: 50HZ - 60 HZ, POTÊNCIA: 450 WATTS A 750 WATTS, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA. GARANTIA: 12 MESES. MARCAS: D700, CRISTÓFOLI, BIO ART, GNATUS, OU SIMILAR.

Observação [OC 0637-05/2024 - 10] MUNICIPIOS DE ENTREGA: SALVADOR - (ODONTOSESC I E II)

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-10	2,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 11
 Descrição DESTILADORA DE ÁGUA 220V
 Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
 Descrição detalhada DESTILADORA DE ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA DE 3,8 A 4 LITROS, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA COMUM DE 3,5 A 4 LITROS, PRODUÇÃO: 600ML - 1200ML / HORA, VOLTAGEM: 220V, FREQUÊNCIA: 50HZ - 60 HZ, POTÊNCIA: 450 WATTS A 750 WATTS, TEMPERATURA DE TRABALHO ADEQUADA. GARANTIA: 12 MESES. MARCAS: D700, CRISTÓFOLI, BIO ART, GNATUS, OU SIMILAR.

Observação [OC 0637-05/2024 - 11] MUNICIPIOS DE ENTREGA: SALVADOR - (NAZARÉ) VITÓRIA DA CONQUISTA

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-11	2,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 12
 Descrição TERMOSELADORA ELETRÔNICA MANUAL: SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PROPILENO, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA, 110 VOLTS.
 Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
 Descrição detalhada TERMOSELADORA ELETRÔNICA MANUAL: SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PROPILENO, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA, COM CICLO CONTÍNUO E TEMPERATURA CONSTANTE, COM SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL DE 25 A 100 METROS E ESPESSURA DE SELAGEM DE 10 A 13MM, COM CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM E COM LÂMINA DE CORTE PROTEGIDA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. MARCAS REFERENCIAIS: CRISTÓFOLI, SELAPACK (SISPACK), ODONTOBRÁS, GNATUS, OU SIMILAR.

Observação [OC 0637-05/2024 - 12] MUNICIPIO DE ENTREGA: SALVADOR - (NAZARÉ)

Quantidade 2,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-12	2,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO

Item 13
 Descrição TERMOSELADORA ELETRÔNICA MANUAL: SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PROPILENO, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA, 220 VOLTS.
 Categoria EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
 Descrição detalhada TERMOSELADORA ELETRÔNICA MANUAL: SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E PROPILENO, COM ACIONAMENTO MANUAL POR MEIO DE ALAVANCA EXTERNA, COM CICLO CONTÍNUO E TEMPERATURA CONSTANTE, COM SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL DE 25 A 100 METROS E ESPESSURA DE SELAGEM DE 10 A 13MM, COM CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM E COM LÂMINA DE CORTE PROTEGIDA. GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES. MARCAS REFERENCIAIS: CRISTÓFOLI, SELAPACK (SISPACK), ODONTOBRÁS, GNATUS, OU SIMILAR.

Observação [OC 0637-05/2024 - 13] MUNICIPIO DE ENTREGA: VITÓRIA DA CONQUISTA

Quantidade 1,0000 Unidade de medida UNIDADE

Requisições	Solicitação de compra	Requisição	Qtd.	Empresa solicitante
	OC 0637-05/2024	OC 0637-05/2024-13	1,00 UND.	SESC - CASA DO COMÉRCIO